

SỞ Y TẾ PHÚ YÊN
TTYT HUYỆN TUY AN

Số: 100/TTYT-KHNV
V/v mời báo giá Máy siêu âm 4D,
4 đầu dò và Nồi hấp tiệt trùng
300 lít, 02 cửa.

1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuy An, ngày 15 tháng 02 năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm Y tế huyện Tuy An đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua Máy siêu âm tổng quát, 4 đầu dò và Nồi hấp tiệt trùng 300 lít, 02 cửa năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Tuy An với nội dung cụ thể sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Tuy An.

Địa chỉ: KP Trường Xuân, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Người nhận báo giá: Đoàn Văn Long, Phó Trưởng phòng KH-NV.

- Điện thoại: 0908.742.585 Email: bvtaphongkhnvtc@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư, phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm Y tế huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Điện thoại:

Thời gian tiếp nhận báo giá: Trước 08 giờ ngày 26/02/2024 Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục Trang thiết bị y tế yêu cầu báo giá

STT	Danh mục trang thiết bị y tế	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông số liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy siêu âm tổng quát, 4 đầu dò	Theo bảng mô tả tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản tại Phụ Lục I đính kèm	01	Máy
2	Nồi hấp tiệt trùng (300 lít, 02 cửa)	Theo bảng mô tả tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản tại Phụ Lục I đính kèm	01	Máy

2. Địa điểm cung cấp: Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ, Trung tâm Y tế Tuy An.

Địa chỉ: KP Trường Xuân, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

3. Các yêu cầu khác:

Hồ sơ báo giá gửi về Trung tâm Y tế huyện Tuy An gồm:

- Ít nhất **03** bản báo giá bản gốc (*Theo mẫu báo giá gửi kèm*).
- Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa chào giá gồm: Catalog và các tài liệu kỹ thuật khác phản ánh đặc tính, thông số kỹ thuật của trang thiết bị (nếu có)/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KH-NV (Đăng Website);
- Lưu: VT, KH-NV.



Lê Văn Cường

PHỤ LỤC 1

TÍNH NĂNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA TRANG THIẾT BỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Kèm theo công văn số ~~104~~ TYT-KHNV ngày 15 năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Tuy An)

I. MÁY SIÊU ÂM TỔNG QUÁT 4 ĐẦU DÒ

1. YÊU CẦU CHUNG

- Máy siêu âm Doppler màu dùng cho thăm khám Ổ bụng, Sản khoa, Phụ khoa, Phần nông, Cơ xương khớp, mạch máu, Khám niệu, Khám nhi.
- Có các phương pháp quét: Convex điện tử; Linear điện tử; quét thể tích.
- Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485, FDA
- Nguồn điện hoạt động: 100-120V, 200-240V, 50Hz/60Hz

2. THÂN MÁY CHÍNH

2.1 Các thông số của hệ thống

- Màn hình điều khiển: Cảm ứng, kích thước ≥ 13 inch
- Màn hình hiển thị:
 - + Màn hình LED ≥ 21 inch
 - + Độ phân giải: $\geq (1920 \times 1080)$ điểm ảnh
 - + Độ tương phản: 1: 1.000
 - + Công nghệ IPS (In Plane Switching)
 - + Điều chỉnh độ sáng và độ tương phản
 - + Tay màn hình khớp nổi
- Lên/Xuống: 145 mm
- Xoay: +/- 90°
- Nghiêng: +15° / -90°
 - Số ổ cắm đầu dò hoạt động: ≥ 04 cổng
 - Dung lượng ổ cứng trong: SSD dung lượng ≥ 512 GB

2.2 Các chế độ hoạt động

- B-mode
- Mode 3D/4D

2.3 Các kiểu hiển thị hình ảnh có:

Khả năng hiển thị đồng thời; Có thể lựa chọn hiển thị xen kẽ các Mode; Zoom; Hình ảnh màu hóa.

2.4 Chức năng tạo hình

- Độ sâu hiển thị ảnh lên đến $\geq 30\text{cm}$
- Tốc độ khung hình: tối đa $\geq 1700 \text{ Frame/s}$
- Số kênh xử lý số hóa: $\geq 300,000$ kênh

2.5 Các thông số quét:

- Thông số quét của Mode B :
 - + Độ khuếch đại: từ ≥ 0 đến $\leq 90 \text{ dB}$
 - + Dải động: khoảng ≥ 35 đến $\leq 96 \text{ dB}$

2.6 Các thông số kết nối

- Khả năng kết nối: DICOM 3.0

3. Các thông số của đầu dò:

Đầu dò Convex đa tần

Số chân tử: ≥ 128

Đầu dò Linear đa tần

Số chân tử: ≥ 128

Đầu dò âm đạo thời gian thực

Ứng dụng: ổ bụng, sản, phụ khoa, niệu khoa

Số chân tử: ≥ 128

Đầu dò Sector đa tần

Ứng dụng: Tim

Số chân tử: ≥ 64

4. Máy in nhiệt đen trắng

Độ phân giải: $\geq 325 \text{ dpi}$

5. Bộ lưu điện 1KVA online

II. NỒI HẤP TIỆT TRÙNG (300 LÍT, 02 CỬA)

Yêu cầu chung:

- Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100%
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485

Thông số kỹ thuật

Nhiệt độ làm việc: 134°C

Điều chỉnh nhiệt độ: $105\sim 134^{\circ}\text{C}$

Bộ hẹn giờ: $0\sim 99$ phút

Công suất $12\text{-}16\text{KW}$ / $\text{AC}220\text{V}$ 50HZ .

Tính năng:

1. Tự động kiểm soát quá trình khử trùng, dễ vận hành.
2. Có chân không dao động từ ba lần trở lên. Phù hợp cho tất cả các loại dụng cụ đường ống đóng gói, không đóng gói, xếp rỗng và bên trong.
3. Máy tiệt trùng được trang bị bộ tạo hơi nước và một bộ tấm khử trùng có thể di chuyển được điều chỉnh ngẫu nhiên.
4. Khoang bên trong của máy tiệt trùng có thiết kế hai lớp hình tròn, bao gồm buồng khử trùng và áo khoác, có chức năng làm khô sâu.
5. Với chức năng in, máy in có thể ghi lại toàn bộ quá trình khử trùng.
6. Với chức năng kiểm tra Bowie & Dick để kiểm tra sự xâm nhập của hơi nước.
7. Với màn hình cảm ứng màu 7 inch, dễ vận hành và có thể hiển thị thời gian, áp suất, nhiệt độ, v.v.
8. Với hơn 6 loại chương trình khử trùng, người dùng có thể chọn chương trình tùy theo đối tượng sẽ được khử trùng.
9. Với chế độ tự động bảo vệ quá nhiệt, quá áp.
10. Thiết bị khóa liên động an toàn: khi cửa không đóng chặt, hơi nước không thể lọt vào thân chính của lớp bên trong và phát ra âm thanh báo động. Khi áp suất trong phòng khử trùng lớn hơn 0,027mpa, cửa sẽ bị khóa liên động và không thể mở được.
11. Bảo vệ quá áp: khi áp suất vượt quá áp suất làm việc, van an toàn sẽ tự động giảm áp.

PHỤ LỤC II
MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo công văn số:

/TTTT-KD ngày

tháng năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam)

CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... .., ngày

tháng

năm 2024

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Tuy An.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế huyện Tuy An, Chúng tôi, Công ty [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là tên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh], báo giá các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Tên trang thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá có VAT (VND)	Chi phí cho dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền có VAT (VND)
1.										
2.										

Ghi chú:

- Đơn giá chào là giá trọn gói, đã bao gồm thuế VAT và toàn bộ các chi phí vận chuyển, lắp đặt, bàn giao, hướng dẫn sử dụng và các chi phí khác để thực hiện cung cấp hàng hóa tại Trung tâm Y tế huyện Tuy An. Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2023 trở lại đây; Thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất tại nơi sử dụng.

- [Tại cột “danh mục thiết bị y tế” của biểu báo giá phải nêu rõ tính năng, yêu cầu kỹ thuật chi tiết của sản phẩm chào giá hoặc có biểu chi tiết kèm theo]

- Gửi kèm Báo giá các tài liệu sau: Các tài liệu gửi kèm chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan đến thiết bị y tế báo giá.

2. Báo giá có hiệu lực trong vòng:ngày, kể từ ngày

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện các thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương; không thuộc các trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về luật doanh nghiệp.

- Giá của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.....tháng.....năm

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA
HÃNG SẢN XUẤT, NHÀ CUNG CẤP
(Ký tên, đóng dấu)